

A-10970  
14.12.2015

Заместитель руководителя  
Федеральной службы по аккредитации



М.А. Якутова

Приложение  
к аттестату об аккредитации  
№ \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015г.  
на 1 листе, лист 1

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

*наименование заявителя*

620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

*адрес места осуществления деятельности*

Поверка средств измерений

*сфера действия аттестата аккредитации*

**БЖХ**

*шифр поверительного клейма*

№ п/п	Измерения, тип (группы) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	Измерения электротехнических и магнитных величин.  Трансформаторы тока измерительные	0,5...30000 А/1; 2; 5 А 50; 60 Гц	КТ 0,05...10	
2	Измерения электротехнических и магнитных величин.  Трансформаторы напряжения измерительные	0,38...(110/√3) кВ / 100/3...220 В	КТ 0,05...3	



Генеральный директор

М.П.

А.А. Бегунов

Эксперт по аккредитации

В. Заболотских – В.А.Заболотских

Технические эксперты

Ю.И. Дидик Ю.И.Дидик

Н.А. Перевалова Н.А.Перевалова

A large, stylized blue handwritten signature, possibly belonging to one of the listed experts, is located in the lower-left quadrant of the page.